

2.1. В подпункте 1.5.1 наименование продукции (товара) изложить в следующей редакции: «Изделия впитывающие медицинские для ухода за больными (прокладки, вкладыши урологические, подгузники, трусы, впитывающие простыни)».

2.2. В подпункте 1.5.2 наименование продукции (товара) изложить в следующей редакции: «Перчатки хирургические, смотровые, анатомические, презервативы».

2.3. Дополнить раздел 18.1 «Изделия медицинского назначения» группой товаров 1.9. «Упаковка медицинских изделий, в т.ч. подлежащих финишной стерилизации» и подпунктами 1.9.1, 1.9.2, 1.9.2.1, 1.9.2.2 в следующей редакции:

№ п/п	Наименование продукции (товара)	Санитарно-эпидемиологические требования			Примечания
		показатель	допустимые ДКМ, не более	уровни мг/дм ³ ,	
1.9	Упаковка медицинских изделий, в т.ч. подлежащих финишной стерилизации				
1.9.1	Бумага оберточная	Санитарно-гигиенические показатели состояния водных вытяжек			
		Запах	не более	1 балла	
		Цветность (описат.)	Отс.		
		Мутность (описат.)	Отс.		
		рН	5 - 8	ед. рН	
		Изменение рН	+1,0 ед.рН		
		Миграция вредных веществ в дистиллированную воду			
		Этилацетат			
		Формальдегид			
		Ацетальдегид	не более	0,1 мг/л	
		Аммиак и ионы аммония (по NH ₄)	не более	0,1 мг/л	
		Хлорид-ионы (по хлору)	не более	0,2 мг/л	
		Сульфат-ионы	не более	350 мг/л	
		Миграция свинца, мышьяка, хрома, цинка, кадмия, никеля, ртути	не более	500 мг/л	
			Не допускается		
1.9.2	Полимерная пленка*	Санитарно-гигиенические показатели состояния водных вытяжек			
		Запах	не более	1 балла	
		Цветность (описат.)	Отс.		
		Мутность (описат.)	Отс.		
		рН	5 - 8	ед. рН	
		Изменение рН	+1,0 ед.рН		

		Миграция вредных веществ в дистиллированную воду					в
1.9.2.1	Полипропилен, полиэтилен	Этилацетат	не	более	0,1	мг/л	
		Формальдегид	не	более	0,1	мг/л	
		Ацетальдегид	не	более	0,2	мг/л	
		Пропиловый спирт	не	более	0,1	мг/л	
		Изопропиловый спирт	не	более	0,1	мг/л	
		Бутиловый спирт	не	более	0,5	мг/л	
		Изобутиловый спирт	не более 0,5 мг/л				
1.9.2.2	Полиэфиры, включая полиэстер	Формальдегид	не	более	0,1	мг/л	
		Ацетальдегид	не	более	0,2	мг/л	
		Фенол	не	более	0,05	мг/л	
		Пропиловый спирт	не	более	0,1	мг/л	
		Метиловый спирт	не	более	0,2	мг/л	
		Бутиловый спирт	не	более	0,5	мг/л	
		Диоктилфталат	не	более	2,0	мг/л	
		Дибутилфталат	не допускается				
Диметилтерефталат	не более 1,5 мг/л						

Примечание:* - с учетом рецептуры материала, перечень контролируемых веществ может быть изменен (см. Главу II Раздел 16. Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами).